



SERVICE DE MÉTROLOGIE
METROLOGY DEPARTMENT

BP 50002 - F67701 SAVERNE CEDEX

+ 33 (0)3 88 71 53 10

commercial@zwiebel.fr

www.zwiebel.fr



ACCREDITATION
n°2-1218
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Scope available on
www.cofrac.fr

Cde : 22506698

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° Z26 02156

DÉLIVRÉ A

ISSUED TO

OMNIPESAGE

120 Boulevard Amiral Mouchez

**76600 LE HAVRE
FRANCE**

INSTRUMENT ÉTALONNÉ

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation **Série de poids de 1 g à 5 kg - totalisant 11 110 g**
Designation Set of weights 1 g to 5 kg - totalling 11 110 g

N° de série **S2602155**
Serial number

Constructeur **ZWIEBEL**
Manufacturer

Marquage **/**
Marking

Identifiant client **/**

Customer identification

Ce certificat comprend **7** Pages.
Incluant un constat de vérification

Date d'émission **12/01/2026**
Date of issue

This document consists of **7** *Pages.*
Including a verification report

LE SERVICE DE MÉTROLOGIE
THE METROLOGY DEPARTMENT

LEROUX A.

Responsable laboratoire

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE
FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC
PROCESS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Caractéristiques	Cylindre avec gorge de préhension Poids <= 20g : monoblocs Poids >= 50g : avec cavité d'ajustage
Characteristics	Cylinder with gripping groove Weights <= 20g : solid Weights >= 50g : with an adjustment cavity
Quantité Quantity	16
Matière Material	Acier inoxydable Stainless steel
Finition Finish	Polissage Polished
Conditionnement Conditioning	Valise Suitcase

METHODE

METHOD

Les masses ont été étalonnées par comparaison (Méthode de BORDA) aux masses étalons de travail selon R-ETA.PR.LA.93003.

The masses were calibrated by comparison (BORDA Method) with working standard weights according to R-ETA.PR.LA.93003.

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CONDITIONS

Lieu d'étalonnage 70 Grand'Rue 67700 Saint-Jean-Saverne

Étalon(s) de comparaison : T1;T2
Comparison standards :

Comparateur(s) : UMT5-A5;MCM106R;CCE1005;MCM5004
Comparator :

Logiciel : CALIMASS R-ETA.LO.LA.1501 v3.4.0.0
Software :

Nombre de comparaisons effectuées avec chaque étalon de comparaison : 1

Number of comparisons made with each comparison standard mass :

TRACABILITE METROLOGIQUE

METROLOGICAL TRACABILITY

L'ensemble des équipements ayant un impact sur les résultats sont raccordés selon des procédures internes appartenant au système documentaire couvert par l'accréditation, à partir d'étalons de référence raccordés au système SI.

All equipment having an impact on the results are calibrated according to internal procedures belonging to the documentary system covered by the accreditation, using reference standards calibrated in conformity with the International System of Units SI.

RÉSULTATS

RESULTS

Les résultats indiqués dans ce certificat ne se rapportent qu'aux poids soumis à étalonnage.
Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle.

*The results indicated in this certificate refer only to the weights submitted for calibration.
The results of the measurements are given as conventional value.*

La valeur conventionnelle est définie dans le Document International D28 de l'OIML :

The conventional value is defined by International Document D28 (OIML):

" La valeur conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique de 8000 kg/m³, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique 1,2 kg/m³, l'opération étant effectuée à 20 °C. "

" The conventional value of a weight is equal to the total mass of the reference weights produced in a material having a density of 8000 kg/m³, which balances that weight, in air having a density of 1,2 kg/m³, the operation being performed at 20 °C. "

Les résultats des mesures ont été corrigés, si nécessaire, pour les ramener aux conditions de référence définies ci-dessus. Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité.

The results of the measurements were corrected, if necessary, in order to bring them to the reference conditions indicated above. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. The standard uncertainty were calculated in mind the various sources of uncertainty, reference standards, calibration methods, environmental conditions, contribution of the instrument being calibrated, and repeatability.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC-ILAC MRA portant le logotype Cofrac-Etalonnage-ILAC MRA garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.
En dehors des copies de certificats d'étalonnage émis par le laboratoire ZWIEBEL incluant la marque d'accréditation, ZWIEBEL interdit à ses clients de faire référence à son accréditation COFRAC ainsi que l'utilisation du logotype COFRAC-ILAC MRA.

*The issue of a COFRAC-ILAC MRA calibration certificate bearing the logo Cofrac - Calibration-ILAC MRA guaranteed the traceability of calibration measurements to the International System of Units SI.
Apart from copies of calibration certificates issued by the ZWIEBEL laboratory including accreditation mark, ZWIEBEL forbids its customers to refer to its COFRAC accreditation and to use the COFRAC-ILAC MRA mark.*

La traduction de ce document est une traduction littérale. En cas de doute, seule la version française ou anglaise devra être utilisée.

The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the french or english original text must be used.

N° série : S2602155						
RÉSULTATS D'ÉTALONNAGE						
RESULTS OF CALIBRATION						
Masse nominale <i>Nominal mass</i>	Marquage <i>Marking</i>	Identifiant client <i>Customer identification</i>	Masse conventionnelle <i>Conventional mass</i>	Incertitude <i>Uncertainty (k=2)</i>	Opérateur(s) <i>Operator(s)</i>	Date <i>Date</i>
1 g	ZK64M		1,000 016 g	30 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
2 g	ZK44N		2,000 044 g	40 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
2 g	ZK45N		2,000 053 g	40 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
5 g	ZK13J		5,000 066 g	50 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
10 g	ZK41J		10,000 066 g	60 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
20 g	ZK43N		20,000 094 g	80 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
20 g	ZK44N		20,000 109 g	80 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
50 g	ZK44J		50,000 109 g	100 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
100 g	ZK94J		100,000 025 g	160 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
200 g	ZK14A		200,000 509 g	300 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
200 g	ZK17A		200,000 445 g	300 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
500 g	ZK20G		500,000 465 g	800 µg	CHEVRIER C.	09/01/2026
1 kg	ZK60J		1,000 002 0 kg	1,6 mg	AMANN T.	09/01/2026
2 kg	ZL4A		2,000 003 9 kg	3,0 mg	AMANN T.	09/01/2026
2 kg	ZL5A		2,000 003 8 kg	3,0 mg	AMANN T.	09/01/2026
5 kg	ZL28A		5,000 004 4 kg	8,0 mg	AMANN T.	09/01/2026

Renseignements complémentaires

Complementary information

//

N° série : S2602155

Renseignements complémentaires

Intervention : N=poids manquant ; A=ajusté ; Remplacement ; R=remis en état ; Ne=nettoyé ; /=aucune ; O=nouveau ; V=Etalonnage avant remise en état

Complementary information

Intervention : N=missing weight; A=adjusted ; Replacement ; R=rehabilitated; Ne=cleaned ; /=no process ; O=new weight ; V=Calibration before rehabilitated

Masse nominale <i>Nominal mass</i>	Marquage <i>Marking</i>	Identifiant client <i>Customer identification</i>	Intervention <i>Process</i>	Valeur avant intervention <i>Pre-intervention value</i>	Conforme avant intervention <i>Compliant before intervention</i>	Opérateur(s) <i>Operator(s)</i>	Date <i>Date</i>
1 g	ZK64M		O	/	/	/	
2 g	ZK44N		O	/	/	/	
2 g	ZK45N		O	/	/	/	
5 g	ZK13J		O	/	/	/	
10 g	ZK41J		O	/	/	/	
20 g	ZK43N		O	/	/	/	
20 g	ZK44N		O	/	/	/	
50 g	ZK44J		O	/	/	/	
100 g	ZK94J		O	/	/	/	
200 g	ZK14A		O	/	/	/	
200 g	ZK17A		O	/	/	/	
500 g	ZK20G		O	/	/	/	
1 kg	ZK60J		O	/	/	/	
2 kg	ZL4A		O	/	/	/	
2 kg	ZL5A		O	/	/	/	
5 kg	ZL28A		O	/	/	/	

CONSTAT DE VÉRIFICATION

Verification report

CONDITION DE VÉRIFICATION

CONDITION OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence Recommandation Internationale OIML R111 (2004)
Reference standard or document

Procédure interne de vérification **R-ETA.PR.LA.9801**
Internal verification procedure

Conditions d'environnement **Sans influence sur le classement**
Environmental conditions No influence on the ranking

Dans la partie constat de vérification, il a été constaté que l'erreur de justesse (E_j) des masses ci-après (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale (EMT) pour la classe de précision X définie dans le texte de référence.

In the verification report part, it was found that the bias error (E_j) masses below (except those not classified), plus the uncertainty of extended calibration (U), is less than the maximum error (MPE) for the X precision class defined in the reference text.

$$|E_j| + U \leq \text{EMT (MPE)}$$

N° série : S2602155

Masse nominale	Marquage	Identifiant client	Erreur maximale tolérée (EMT)	Classe de précision	Motif de la NC
Nominal mass	Marking	Customer identification	Maximum permissible error (MPE)	Accuracy class	Reason for NC
1 g	ZK64M		100 µg	F1	
2 g	ZK44N		120 µg	F1	
2 g	ZK45N		120 µg	F1	
5 g	ZK13J		160 µg	F1	
10 g	ZK41J		200 µg	F1	
20 g	ZK43N		250 µg	F1	
20 g	ZK44N		250 µg	F1	
50 g	ZK44J		300 µg	F1	
100 g	ZK94J		500 µg	F1	
200 g	ZK14A		1 mg	F1	
200 g	ZK17A		1 mg	F1	
500 g	ZK20G		2,5 mg	F1	
1 kg	ZK60J		5 mg	F1	
2 kg	ZL4A		10 mg	F1	
2 kg	ZL5A		10 mg	F1	
5 kg	ZL28A		25 mg	F1	

