

**CONSTAT DE VERIFICATION :cs bourgesf1 2020-03-12**

DELIVRE A : OMNIPESAGE BOURGES  
8 RUE EMILIE HILAIRE AMAGNAT LOT 4  
18000 BOURGES

**CONDITIONS DE VERIFICATION**

Procédure : Mode Opératoire Vérification des masses de seuils  
Date de la vérification : 12/03/2020  
Lieu de la vérification : Saint Ouen l'Aumône  
Type de vérification : ☒ Vérification initiale ☐ Vérification périodique

**MOYENS UTILISES**

Étalons de référence : N° série : Série Travail Classe : sans  
☒ CC310 Comparateur SARTORIUS n°16301124 310 g / 10 µg  
Balance de contrôle : ☐ CC3000 Comparateur SARTORIUS n°70061904 3100 g / 0,1 mg  
☐ CC30002 Comparateur SARTORIUS n°16801033 32 kg / 2 mg

**INSTRUMENT VÉRIFIÉ**

Désignation : Série de masses de seuil  
Type : ☐ Fils ☒ Lamelle ☐ Cylindrique ☐ Parallélépipédique  
Constructeur : ZWIEBEL  
N° de série : **Bourges F1 seuils**  
Nombre de masses : 10

Composition de la série

**RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION**

Sanction : ☒ Conforme ☐ Non conforme  
Opérateur : Mr HEMET Signature



La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

1) Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.

2) Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X 07-011 définissant le constat de vérification.