

CTVIM**CONSTAT DE VÉRIFICATION**
Masses de seuils

Rev. 2015-03-31

Page 1 / 1

CONSTAT DE VERIFICATION :cs bourgesf1 2020-03-12DELIVRE A : OMNIPESAGE BOURGES
8 RUE EMILIE HILAIRE AMAGNAT LOT 4
18000 BOURGES**CONDITIONS DE VERIFICATION**

Procédure : Mode Opérateur Vérification des masses de seuils
 Date de la vérification : 12/03/2020
 Lieu de la vérification : Saint Ouen l'Aumône
 Type de vérification : ☒ Vérification initiale ☐ Vérification périodique

MOYENS UTILISES

Étalons de référence : N° série : Série Travail Classe : sans
☒ CC310 Comparateur SARTORIUS n°16301124 310 g / 10 µg
 Balance de contrôle : ☐ CC3000 Comparateur SARTORIUS n°70061904 3100 g / 0,1 mg
☐ CC30002 Comparateur SARTORIUS n°16801033 32 kg / 2 mg

INSTRUMENT VÉRIFIÉ

Désignation : Série de masses de seuil
 Type : ☐ Fils ☒ Lamelle ☐ Cylindrique ☐ Parallélépipédique
 Constructeur : ZWIEBEL
 N° de série : **Bourges F1 seuils**
 Nombre de masses : 10

Composition de la série

RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION

Sanction : ☒ Conforme ☐ Non conforme
 Opérateur : Mr HEMET Signature



La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

- 1) Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
 2) Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X 07-011 définissant le constat de vérification.