

GFP Contrôle
Parc d'Activités Euratlantic
15, rue de l'Europe
F 16730 Fléac
Tél : (0) 545 65 28 05
Fax : (0) 545 65 28 06
<http://www.gfpcontrole.fr>

Chaîne d'étalonnage Masse
Laboratoire d'étalonnage accrédité

CDE : CM00003871

CONSTAT DE VERIFICATION

N° 23F00144

Délivré à : **OMNIPESAGE**
Agence de Flers
4, rue Atalante

14200 Hérrouville Saint Clair
France

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation :

Une série de huit masses de 500kg à 2 000kg

Constructeur : /

Type : Acier peint mécano-soudé

N° de série : OP20-OP27

N° d'identification : Individuel

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :

Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010

Procédure interne de vérification :

PMM01 + Instruction IMM05

Conditions d'environnement :

sans influence sur le classement

Date d'émission : 20/01/2023

Date de la vérification : 17/01/2023

Le Responsable du Laboratoire
Jérôme Parvery


Ce document comprend 2 pages

La délivrance d'un constat de vérification portant le logotype Cofrac-Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La reproduction de ce constat de vérification n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Accréditation N° 2-1278
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GFP Contrôle
Parc d'Activités Euratlantique
15, rue de l'Europe
F 16730 Fléac
Tél : (0) 545 65 28 05
Fax : (0) 545 65 28 06
<http://www.gfpcontrole.fr>

Chaîne d'étalonnage Masse
Laboratoire d'étalonnage accrédité

CDE : CM00003871

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° 23G00144

Délivré à : **OMNIPESAGE**
Agence de Flers
4, rue Atalante

14200 Hérouvillle Saint Clair
France

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Une série de huit masses de 500kg à 2 000kg

Constructeur : /

Type : Acier peint mécano-soudé

N° de série : OP20-OP27

N° d'identification : Individuel

Date d'émission : 20/01/2023


Ce certificat comprend 3 pages

Le Responsable du Laboratoire
Jérôme Parvery

La reproduction de ce certificat n'est autorisée que
sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Accréditation N° 2-1278
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Certificat d'étalonnage n° 23G00144****Numéro de série : OP20-OP27**

Identification masse	Masse nominale	Masse conventionnelle	Intervention	Valeur avant Intervention	Incertitude élargie (k=2) (\pm)	Date d'étalonnage	Opérateur
OP20	500 kg	500,032 kg	Rénovation	500,060 kg	16 g	18/01/2023	Luc Dreillard
OP21	500 kg	500,007 kg	Rénovation	500,078 kg	16 g	18/01/2023	Luc Dreillard
OP22	2 000 kg	2 000,115 kg	Rénovation préventi	2 000,019 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard
OP23	2 000 kg	2 000,123 kg	Rénovation préventi	1 999,945 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard
OP24	2 000 kg	2 000,103 kg	Rénovation	2 000,222 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard
OP25	2 000 kg	1 999,951 kg	Rénovation préventi	2 000,112 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard
OP26	2 000 kg	2 000,125 kg	Rénovation préventi	2 000,068 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard
OP27	2 000 kg	2 000,078 kg	Rénovation préventi	2 000,082 kg	65 g	17/01/2023	Luc Dreillard