

Siège Social : OMNIPESAGE Rue Atalante - 14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR      Tél : 02 31 82 29 28      Fax : 02 31 72 43 87

Document de Référence : Mode opératoire  
OMNIPESAGE MO205.  
EMT (erreur maximale tolérée) du décret n°75-312 du  
09/12/1975 "mesures de masse".

Marque: sartorius Type :A120S Portée/Précision :120 g /1mg g n° série :37060017

Signature : CHE

5,0000330 g	5,0000 g	5,00000	10*500 mg	0,0500 g	5,0136 g	5,013635 g	conforme
5,0000330 g	5,0000 g	5,00000	10*500 mg	0,0500 g	5,0140 g	5,014035 g	conforme