

CTVIM	CONSTAT DE VERIFICATION Masses de seuil	Rev. 2015-03-31
		Page 1 / 1

CONSTAT DE VERIFICATION N° CS-F2250036 SEUILS- 2023-06-05	
DELIVRE A	OMNIPESAGE CAEN 4 RUE ATALANTE 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

CONDITIONS DE VERIFICATION	
Procédure :	Mode Opérateur Vérification des masses de seuils
Date de la vérification :	05/06/2023
Lieu de la vérification :	Saint Ouen l'Aumône
Type de vérification :	<input checked="" type="radio"/> Vérification initiale <input type="radio"/> Vérification périodique

MOYENS UTILISES	
Étalons de référence :	N° série : Série Travail Classe : sans
Balance de contrôle :	<input checked="" type="checkbox"/> CP2 Comparateur SARTORIUSMCM605 n°39001397 610 g / 10 µg <input type="checkbox"/> CP3 Comparateur SARTORIUS MCM5004 n°39001398 5100 g / 0,1 mg <input type="checkbox"/> CP4 Comparateur SARTORIUS MCM40K3 n°39001399 41 kg / 1 mg

INSTRUMENT VERIFIE	
Désignation :	Série de masses de seuil
Type :	<input type="checkbox"/> Fils <input checked="" type="checkbox"/> Lamelle <input type="checkbox"/> Cylindrique <input type="checkbox"/> Parallélépipédique
Constructeur :	ZWIEBEL
N° de série :	F2250036 SEUILS
Nombre de masses :	45
Composition de la série :	15x100mg 15x200mg 15x500mg

RESULTAT DE LA VERIFICATION	
Sanction :	<input checked="" type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Non conforme
Opérateur :	M. HEMET Signature 

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

1) Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.

2) Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X 07-011 définissant le constat de vérification.