



SERVICE DE MÉTROLOGIE
METROLOGY DEPARTMENT

BP 50002 - F67701 SAVERNE CEDEX
+ 33 (0)3 88 71 53 10
commercial@zwiebel.fr
www.zwiebel.fr



ACCREDITATION
n°2-1218
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Scope available
on www.cofrac.fr

Cde : 22401007

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° Z24 08230

DÉLIVRÉ A

ISSUED TO

OMNIPESAGE

120 Boulevard Amiral Mouchez

76600 LE HAVRE
FRANCE

INSTRUMENT ÉTALONNÉ

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation Série de 1 à 500 mg - totalisant 1,11 g
Designation Milligramm set of weights 1 to 500 mg - totalling 1,11 g

N° de série S2408230
Serial number

Constructeur ZWIEBEL
Manufacturer

Marquage /
Marking

Identifiant client /

Customer identification

Ce certificat comprend 6 Pages.
Incluant un constat de vérification

Date d'émission 18/03/2024
Date of issue

This document consists of 6 Pages.
Including a verification report

LE SERVICE DE MÉTROLOGIE
THE METROLOGY DEPARTMENT

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA
FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC
PROCESS

LEROUX A.
Responsable laboratoire

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Caractéristiques	1,10,100mg Fil forme triangulaire 2,20,200mg Fil forme carrée 5,50,500mg Fil forme pentagonale
Characteristics	1,10,100mg Wires triangle form 2,20,200mg Wires square form 5,50,500mg Wires pentagonal form

Quantité	12
Quantity	

Matière	Alliage cobalt
Material	Cobalt alloy

Finition	/
Finish	/

Conditionnement	Valise
Conditioning	Suitcase

MODE OPÉRATOIRE

OPERATING METHOD

Les masses ont été étalonnées par comparaison (Méthode de BORDA) aux masses étalons de travail.

The masses were calibrated by comparison (BORDA Method) with working standard weights.

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CONDITIONS

Étalon(s) de comparaison :	T1
Comparison standards :	

Compérateur(s) :	UMT5-A5
Comparator :	

Logiciel :	CALIMASS R-ETA.LO.LA.1501 v3.1.77.0
Software :	

Nombre de comparaisons effectuées avec chaque étalon de comparaison :	1
--	---

*Number of comparisons made with each
comparison standard mass :*

TRACABILITE METROLOGIQUE

METROLOGICAL TRACABILITY

L'ensemble des équipements ayant un impact sur les résultats sont raccordés selon des procédures internes appartenant au système documentaire couvert par l'accréditation, à partir d'étalons de référence raccordés au système SI.

All equipment having an impact on the results are calibrated according to internal procedures belonging to the documentary system covered by the accreditation, using reference standards calibrated in conformity with the International System of Units SI.

RÉSULTATS

RESULTS

Les résultats indiqués dans ce certificat ne se rapportent qu'aux poids soumis à étalonnage.
Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle.

*The results indicated in this certificate refer only to the weights submitted for calibration.
The results of the measurements are given as conventional value.*

La valeur conventionnelle est définie dans le Document International D28 de l'OIML :

The conventional value is defined by International Document D28 (OIML):

" La valeur conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique de 8000 kg/m^3 , qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique $1,2 \text{ kg/m}^3$, l'opération étant effectuée à 20°C . "

" The conventional value of a weight is equal to the total mass of the reference weights produced in a material having a density of 8000 kg/m^3 , which balances that weight, in air having a density of $1,2 \text{ kg/m}^3$, the operation being performed at 20°C . "

Les résultats des mesures ont été corrigés, si nécessaire, pour les ramener aux conditions de référence définies ci-dessus. Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité.

The results of the measurements were corrected, if necessary, in order to bring them to the reference conditions indicated above. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. The standard uncertainty were calculated in mind the various sources of uncertainty, reference standards, calibration methods, environmental conditions, contribution of the instrument being calibrated, and repeatability.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC-ILAC MRA portant le logotype Cofrac-Etalonnage-ILAC MRA garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.
En dehors des copies de certificats d'étalonnage émis par le laboratoire ZWIEBEL incluant la marque d'accréditation, ZWIEBEL interdit à ses clients de faire référence à son accréditation COFRAC ainsi que l'utilisation du logotype COFRAC-ILAC MRA.

*The issue of a COFRAC-ILAC MRA calibration certificate bearing the logo Cofrac - Calibration-ILAC MRA guaranteed the tracability of calibration measurements to the International System of Units SI.
Apart from copies of calibration certificates issued by the ZWIEBEL laboratory including accreditation mark, ZWIEBEL forbids its customers to refer to its COFRAC accreditation and to use the COFRAC-ILAC MRA mark.*

La traduction de ce document est une traduction littérale. En cas de doute, seule la version Française ou Anglaise devra être utilisée.

The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the French original text must be used.

N° série : S2408230						
RÉSULTATS D'ÉTALONNAGE						
RESULTS OF CALIBRATION						
Masse nominale <i>Nominal mass</i>	Marquage <i>Marking</i>	Identifiant client <i>Customer identification</i>	Masse conventionnelle <i>Conventional mass</i>	Incertitude en ± <i>Uncertainty in ± (k=2)</i>	Opérateur(s) <i>Operator(s)</i>	Date <i>Date</i>
1 mg			0,992 8 mg	6,5 µg	FILLINGER G.	14/03/2024
2 mg			2,005 3 mg	6,5 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
2 mg	<		2,003 3 mg	6,5 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
5 mg			5,008 2 mg	6,5 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
10 mg			10,006 5 mg	8,0 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
20 mg			19,993 mg	10 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
20 mg	<		20,006 mg	10 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
50 mg			50,014 mg	13 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
100 mg			100,013 mg	16 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
200 mg			200,017 mg	20 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
200 mg	<		200,004 mg	20 µg	FILLINGER G.	13/03/2024
500 mg			499,983 mg	26 µg	FILLINGER G.	13/03/2024

Renseignements complémentaires

Complementary information

//

N° série : S2408230

Renseignements complémentaires

Intervention : N=poids manquant ; A=ajusté ; xxx remplace le poids N°xxx ; R=remis en état ; Ne=nettoyé ; /=aucune ; O=nouveau ; V=Etalonnage avant remise en état

Complementary information

Intervention : N=missing weight; A=adjusted ; xxx stands for the weight No. xxx ; R=rehabilitated; Ne=cleaned ; /=no process ; O=new weight ; V=Calibration before rehabilitated

Masse nominale Nominal mass	Marquage Marking	Identifiant client Customer identification	Intervention Process	Valeur avant intervention Pre-intervention value	Conforme avant intervention Compliant before intervention	Opérateur(s) Operator(s)	Date Date
1 mg			O	/	/	FILLINGER G.	14/03/2024
2 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
2 mg	<		O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
5 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
10 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
20 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
20 mg	<		O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
50 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
100 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
200 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
200 mg	<		O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024
500 mg			O	/	/	FILLINGER G.	13/03/2024

CONSTAT DE VÉRIFICATION

Verification report

CONDITION DE VÉRIFICATION

CONDITION OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence Recommandation Internationale OIML R111 (2004)
Reference standard or document

Procédure interne de vérification R-ETA.PR.LA.9801
Internal verification procedure

Conditions d'environnement Sans influence sur le classement
Environmental conditions No influence on the ranking

Dans la partie constat de vérification, il a été constaté que l'erreur de justesse (E_j) des masses ci-après (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale (EMT) pour la classe de précision X définie dans le texte de référence.

In the verification report part, it was found that the bias error (E_j) masses below (except those not classified), plus the uncertainty of extended calibration (U), is less than the maximum error (MPE) for the X precision class defined in the reference text.

$$|E_j| + U \leq \text{EMT (MPE)}$$

N° série : S2408230

Masse nominale	Marquage	Identifiant client	Erreur maximale tolérée (EMT)	Classe de précision	Motif de la NC
<i>Nominal mass</i>	<i>Marking</i>	<i>Customer identification</i>	<i>Maximum permissible error (MPE)</i>	<i>Accuracy class</i>	<i>Reason for NC</i>
1 mg			20 µg	F1	
2 mg			20 µg	F1	
2 mg	<		20 µg	F1	
5 mg			20 µg	F1	
10 mg			25 µg	F1	
20 mg			30 µg	F1	
20 mg	<		30 µg	F1	
50 mg			40 µg	F1	
100 mg			50 µg	F1	
200 mg			60 µg	F1	
200 mg	<		60 µg	F1	
500 mg			80 µg	F1	

- Fin du certificat -

- End of certificate -